

(別表2)3.0Tと1.5Tの検査振り分け

検査部位	方法・目的	装置
頭部	アルツハイマー型認知症判定(VSRAD解析)	3.0T
	脳動脈瘤精査(MRA含む)	
	耳鼻科領域の脳神経	
	眼窩、副鼻腔など	
	頸動脈MRA、頸動脈プラーク(Black-Blood法)	
	その他(スクリーニング)	
脊髄(頸椎、胸椎、腰椎)	椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など	1.5T
頸部、胸部	耳下腺、咽頭、喉頭、縦隔	
腹部	MRCP	
	その他	
骨盤部	婦人科領域	
	前立腺	
	その他(直腸など)	
関節	上肢(肩、肘、手関節、手)	
	下肢(股関節、膝、足関節、足)	
	その他(骨盤骨、下腿骨、大腿骨、胸骨など)	
軟部組織	四肢、体幹など	
下肢	下肢動脈MRA	

* 造影剤を使用した検査は、受け付けておりません。

* MRCP検査は4時間前の禁食、2時間前の禁飲水でお願いします。