

器械備品仕様書

1 総 則

器械備品更新については、昭和病院企業団（以下「企業団」という。）職員が指定する品目・規格・数量等を確認し指定された期日及び場所に適正かつ誠実に履行すること。

2 内 容

- | | |
|-----------|--------------------|
| (1) 製造販売元 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
| (2) 品 名 | デジタル X 線 TV システム |
| (3) 規 格 | 別紙内訳書のとおり |
| (4) 数 量 | 1 式 |

3 場 所

企業団職員が指定する場所とする。本館地下 1 階 放射線科（TV 室 2 番）

4 期 日

契約締結日から令和 8 年 3 月 3 1 日

5 工事完了

- (1) 工事完了の際、企業団職員の検収を受けなければならない。
- (2) 検収の合格をもって納入完了とする。

6 その他

- (1) 金額には搬入、設置に要する費用を含む。
- (2) 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合、または定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議の上、定めるものとする。

内 訳 書

〈構成内訳〉

品名・規格	数量
【デジタル X 線 TV システム】	-
デジタル X 線 TV システム ASTX-I9000/J3	1
画像処理装置(DR 装置) × 1	
透視撮影台 × 1	
医用 X 線管装置(0.4/0.6mm, 600kHU) × 1	
X 線管斜入スタンド × 1	
X 線平面検出器 × 1	
診断用 X 線可動絞リ × 1	
X 線高電圧装置(80kW) × 1	
高速スタータユニット × 1	
高電圧ケーブル × 1	
画像処理装置(DR 装置) × 1	
遠隔操作器 × 1	
システムモニタ × 1	
ライブモニタ × 1	
フットスイッチ × 1	
SNRF キット × 1	

頭側ハンドグリップ × 1	
近接操作器 LCA-80L	1
モニタ XIDF-RM1	3
分配器 XIDF-RMK01	1
フットスイッチ FSW-80AT	1
検査室用マイクロホンキット XBUK-MIC	1
患者固定バンド CD-10A	1
散乱線防護クロス AS9-PROCLOTH	1
映像システム	1
24 型液晶モニター LMD-2435MD 特型 × 1	
24.1 型モニタ EV2456 × 1	
21 型ワイドモニタ × 2	
上記用壁掛け金具 LA-17G × 2	
2ch ワイヤレスマイク一式 (咽喉マイク付) wm-2 特型 × 1	
4 入力 1 系統 2 出力 HDMI セレクタ US-41 特型 × 1	
4K HDMI(DVI)1 入力 2 分配器 CRO-UD12A 特型 × 1	
SDI-HDMI 変換器 SHC-D5 特型 × 1	
HDMI セレクタ US-42 × 1	
コンセント BOX HCN-BOX 薄型-03 × 1	
監視カメラ 一式	
接続ケーブル 一式	
モニター懸垂装置	1
AS-MTN-W24 モニター懸垂装置:2 方向移動 × 1	

・4m レール ボルトピッチ 1800 1200×3 × 1	
AS-MTN-W(OP) ロングレール(左右動 L4000) × 1	
AS-MTN-W(OP) 既設ボルト対応取付板 × 1	
AS-MTN(OP) 前後動ロングレール (L2200) × 1	
AS-MTN-SG(OP) サイドグリップ(2 個セット) × 1	
AS-MTN-CC(OP) ケーブルキャリア(ケーブル保護) 2 方向 (L4000) × 1	
漏洩線量測定費用	1
ベッドサイドモニタ (日本光電製)	1
ネットワーク接続費用 (インフォコム) 検像システム	1
ネットワーク接続費用 (NEC) デジタル接続 アナログ接続機器⇒デジタル接続	1
面積線量計キット DAPM-RFK	1
Astorex i9 用キャビネット間延長ケーブル CABLE	1
テーブルマット MFXK-MAT30	1
パノラマシールド オーバーグラス HF-480S/P・A・L サポートボード	1
ワンダーライトフィットコート M サイズ WFC5-25M	1
ワンダーライトフィットコート L サイズ WFC5-25L	1
X-2TV 装置工事	1