

器械備品仕様書

1 総 則

器械備品更新については、昭和病院企業団（以下「企業団」という。）職員が指定する品目・規格・数量等を確認し指定された期日及び場所に適正かつ誠実に履行すること。

2 内 容

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) 製造販売元 | GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 |
| (2) 品 名 | 超電導磁石式全身用 MR 装置 |
| (3) 規 格 | 別紙 3T MRI 仕様書・内訳書のとおり |
| (4) 数 量 | 1 式 |

3 場 所

企業団職員が指定する場所とする。本館地下 1 階 放射線科

4 期 日

契約締結日から令和 8 年 3 月 3 1 日

5 工事完了

- (1) 工事完了の際、企業団職員の検収を受けなければならない。
- (2) 検収の合格をもって納入完了とする。

6 その他

- (1) 金額には搬入、設置に要する費用を含む。
- (2) 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合、または定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議の上、定めるものとする。

内 訳 書

〈構成内訳〉

品名・規格	数量
【超電導磁石式全身用 MR 装置】	
SIGNA Architect 3.0T (AIR IQ Edition)	1
標準機器構成	
オペレーターコンソール × 1	
eXpress Dockable 患者テーブル × 1	
冷凍機システム × 1	
マグネットモニターユニット × 1	
緊急ランダウンユニット × 1	
SPW (セカンダリペネトレーションウォール) × 1	
付属品	
固定具 × 1	
サービスキット/性能評価ファントム × 1	
取扱説明書 × 1	
付属コイル	
バードケージ型 QD ヘッドコイル × 1	
バードケージ型 QD ボディーコイル × 1	
Head Neck Unit コイル × 1	
Posterior Array コイル × 1	

SIGNA Works ソフトウェア	
Version 30.1 基本ソフトウェア × 1	
AIR Touch × 1	
AIR Recon × 1	
PROBE PRESS SV × 1	
eDWI × 1	
2D & PS MDE and Blackblood × 1	
Ready Brain × 1	
PROPELLER MB × 1	
PROPELLER DUO × 1	
MP-RAGE × 1	
HyperARC × 1	
READYView on Console × 1	
Flex for FSE & Cube × 1	
IDEAL & Flex × 1	
MAVRIC SL × 1	
SWAN 2.0 × 1	
DTI × 1	
Fiber Trak × 1	
Star Map × 1	
Cartigram × 1	
TRICKS × 1	
Inhance Suite × 1	

Cine IR × 1	
3T Architect Magnet	1
SIGNA Architect 30.1 Software	1
Software eDelivery for Architect	1
SIGNA Architect Host GOC	1
DL Gen 7 Performance ICN Option	1
Architect 128ch Option	1
Wired Gating kit-Architect	1
Pre-install Collector	1
Architect 3.0T System Cables (configB)	1
Scan Room Gradient Cable Kit Placeholder	1
Equipment Room Gradient Cable Kit Placeholder	1
Main Disconnect Panel	1
換気用アダプター標準 8 インチ	1
Packaging Collector	1
ファントムカート	1
SEISMIC KIT	1
Japanese Keyboard Kit	1
Warning Label Kit-JPN	1
SIGNA Architect Japan Rating Plate	1
サービスマンテナンスキー	1
AIR Recon DL 2D&3D&AIRx	1
HyperSense 2.0 Package	1

DISCO Trio Package	1
Spectro Package PROBE PRESS & STEAM SV × 1 PROBE 2D CSI × 1 PROBE 3D CSI × 1	1
Breast Coil Package	1
Sonic DL™ Cine	1
oZTEo	1
Vessel Wall Imaging	1
HyperMAVRIC	1
HyperBand fMRI	1
HyperCube	1
MUSE	1
PROGRES	1
FOCUS	1
3D ASL	1
3D PROMO T2 and T2 FLAIR	1
3.0T Silent GEM Pkg FP	1
3.0T SILENT GEM MRA	1
IDEAL IQ	1
Flow Analysis on OC	1
CardioMap	1
3D Heart	1
FGRE-Time Course	1

CARDIAC TAGGING	1
MAGIC DWI	1
SA/GE on OC	1
Vios4D (4D Flow 撮像シーケンス)	1
3.0T AIR Anterior Array	1
3.0T 48-ch Head Coil	1
3.0T 16ch Shoulder Coil	1
3.0T 18ch TDI TR Knee Array	1
AIR MP Large & Medium with Positioners	1
DIELECTRIC PAD SET	1
子供用ベローズ	1
冷却水装置(標準仕様)	1
冷却水装置防振台 (70KW 用)	1
Sand Bag	1
SIGNA Architect 操作クイックガイド	1
MR 標準付属品 MR 室コイル棚(A) × 1 ハンドタイプ金属探知器 × 1 患者監視モニタ × 1 酸素濃度計 × 1 オペレータチェア × 1 オペレータテーブル × 1	1
MR 非磁性工具セット	1
MR 室用コイル棚 A(マット付)	1
SIGNA Architect 製品パネル	1

SIGNA Architect 3.0T 搬入・据付・調整費	1
MR 機器導入時トレーニング 4+2 日 (保証期間内有効)	1
Artist 30.1 Software	1
Software eDelivery	1
Wireless Gating	1
Artist body coil kit	1
GEN 7 DL Performance ICN	1
Universal Phantom Holder	1
AIR Recon DL 2D & 3D & AIRx Package	1
DISCO Star/LAVA Star	1
Auto Rotate Breast Image Option	1
Sonic DL™ Cine	1
1.5T AIR MP coil Large & Positioners	1
SIGNA Artist 操作クイックガイドセット	1
MR HW UPG 搬入・据付・調整費	1
1.5T Body coil 搬入・据付・調整費	1
MR フォローオンサイトトレーニング 2 日 (検収より 12 ヶ月間有効)	1
AW Server 3.2L サーバーコンピュータ (64GB RAM 搭載) × 1 サーバー用モニタ、キーボード、マウス × 1 サーバー標準ソフトウェア 40,000 スライス × 1 クライアントソフトウェア × 1	1
AW Server 3.2 共通標準構成 クライアントコンピュータ (マウス、キーボード、1 モニタ) × 1	1

サーバー設置用ケーブル類 × 1	
AW Server ラックオプション (12U 仕様)	1
AW Server 用 12U ラックセットアップ	1
追加クライアント PC	1
搬入・据付・調整費(Integration/連携あり AW サーバー用)	1
AWS 機器導入時トレーニング 1 日 (保証期間内有効)	1
アドバンテージネットワーク接続 7 台以下(検収後 2 年間有効)	1
ADVANTAGE NW RIS 接続作業(検収後 2 年間有効)	1
MR 用造影剤自動注入装置	1
生体情報モニターシステム (iRadimed 社製) -Pimot スタンダードモニターリモート付き -モニター本体/リモートタブレット/ベースステーション -専用非磁性スタンド *測定項目:ECG/SpO2/NIBP/EtCO2 MRI 用輸液ポンプ 1 式	1
LAN 配線工事 (新設 MRI 室)	1
ネットワーク接続作業 1 式 -検像端末接続 -MWM 接続 -PACS 接続 -ワークステーション接続	1
更衣室用 ロッカー・非磁性キー仕様 2 式 (W900D520H1790 W450D520H1790)	1
EMS 電磁波防止シート 2 枚	1
操作室設置用 壁掛け監視モニター及びカメラ 1 式	1
MRI 用オーディオセット iMag (薄型ヘッドホン付き)	1

<p>MRI 備品関係 1 式</p> <ul style="list-style-type: none"> -非磁性スタンド -非磁性ストレッチャー -非磁性車椅子 -非磁性救急カート -管理用ノート PC -椅子 2 式 	1
<p>ワークステーション (アミン製) 1 式</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ziostation REVORAS Standard 8 ユーザー/8TB サーバー等 -クライアント端末 6 式 (PC/モニター/ライセンス) 	1
<p>MRI 室改修工事 1 式</p> <ul style="list-style-type: none"> -シールド工事(磁気・電波・扉)/キャンセラーコイル導入 -解体工事(CPU 室・操作室壁) -内装工事 -床補強工事 -照明工事(LED 照明) -空調工事 -消防設備/医ガス新設工事 -ヘリウム配管工事 -電源工事(幹線・分電盤ブレーカー工事等) -操作室及び更衣室改修工事 	1