

器械備品仕様書

1 総 則

器械備品更新については、昭和病院企業団（以下「企業団」という。）職員が指定する品目・規格・数量等を確認し指定された期日及び場所に適正かつ誠実に履行すること。

2 内 容

- (1) 製造販売元 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
- (2) 品 名 超音波画像診断装置
- (3) 規格・数量 ① TUS-AI700/9C 1 式
② TUS-AI700E 1 式
- (4) 特 記 事 項 ①は新品とする。②は中古医療機器も可とするが、
次の条件を満たすものとする。
 - i. 使用期間 1 年以内とする。
 - ii. 他の医療機関に販売されたものを除く。
 - iii. 一部構成部品は新品とする。（別紙内訳書参照）

3 場 所

企業団職員が指定する場所とする。（臨床検査科）

4 期 日

契約締結日から令和 8 年 1 2 月 3 1 日

5 工事完了

- (1) 工事完了の際、企業団職員の検収を受けなければならない。
- (2) 検収の合格をもって納入完了とする。

6 その他

- (1) 金額には搬入、設置に要する費用を含む。
- (2) 本契約にあたり薬機法など中古医療機器に関する関連法案を遵守すること。
- (3) 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合、または定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議の上、定めるものとする。

内 訳 書

〈構成内訳〉

品名・規格	数量
【超音波画像診断装置・Aplio i700/Prism Edition CV】	—
① 超音波画像診断装置・TUS-AI700/9C 〈構成〉 本体 液晶モニタ（23 インチ） Cardial Luminance キット 3 DTEE キット（512VX 用） CW キット Reference Signal キット DICOM キット USB 通信 Dongle	1
STC キット	1
キーボードキット	1
パームコントローラーキット	1
Attenuation Imaging キット	1
Slice Thickness Control キット	1
SMI Angio キット	1
CHI キット	1
Shear Wave キット	1
Elastography+計測キット	1
MicroPure キット	1

コンベックスプローブ・PVI-475BX	1
マイクロコンベックスプローブ・PVT-482BT	1
高周波リニアプローブ・PLI-605BX	1
高周波リニアプローブ・PLT-1005BT	1
高周波リニアプローブ・PLI-1205BX	1
シブコ Verza ニードルガイド (24 袋/箱)	1
ゼリーウォーマ	1
バーコードリーダー	1
デジタル白黒プリンタ	1
周辺機器搭載キット	1
日本光電社生理検査システム接続費	1
② 超音波画像診断装置・TUS-AI700E 〈構成〉 本体 液晶モニタ (23 インチ) キーボードキット STC キット DICOM キット USB 通信 Dongle	1
CW キット	1
Reference Signal キット	1
ECG 電極キット	1
ファストクリップ (はさみ電極)	1
トラックボールキット	1
パームコントローラーキット	1

Attenuation Imaging キット	1
Slice Thickness Control キット	1
Shear Wave キット	1
Elastography+計測キット	1
MicroPure キット	1
コンベックスプローブ・PVI-475BX	1
マイクロコンベックスプローブ・PVT-482BT 【新品】	1
高周波リニアプローブ・PLI-605BX	1
高周波リニアプローブ・PLI-1205 【新品】	1
ゼリーウォーマ	1
バーコードリーダー 【新品】	1
デジタル白黒プリンタ	1
周辺機器搭載キット	1
アップグレードキット	1
日本光電社生理検査システム接続費	1